⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик травм, що загрожують життю
Зберігайте нові та використані батарейки в недоступному для дітей місці. Для отримання додаткової інформації, див. керівництво користувача.

Ризик серйозного порушення стану здоров'я
Ця коротка інструкція не заміняє керівництво користувача для глюкометра Акку-Чек Інстант. Керівництво користувача містить важливі інструкції з поводження та додаткову інформацію.

Ризик інфекції
Під час взяття краплі крові пристрій для проколювання та ковпачок можуть контактувати з кров'ю. Пристрій для проколювання призначений лише для індивідуального використання.

ПРИМІТКА

- Завжди майте запасний комплект батарейок.
- Термін служби батарейки може відрізнятися через такі фактори, як температура та виробник батарейки.

ДАТА ОСТАННЬОГО ПЕРЕГЛЯДУ ІНСТРУКЦІЇ: 2025-08

Уповноважений представник в Україні
ТОВ «Рош Україна»
Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх
E-mail: ukraine.accu-chek@roche.com
UA.TR.116

Гаряча лінія Акку-Чек 0 800 300 540
Дзвінки безкоштовні з усіх операторів.
Режим роботи: з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 18:00.
ukraine.accu-chek@roche.com

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

Виробник
Рош Діабетес Кеа Г'мбХ,
Зандгофер Штрассе 116
68305, Мангайм, Німеччина
www.accu-chek.com

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT, SOFTCLIX та АККУ-ЧЕК є торговими марками компанії Roche (Рош).

Словесний знак і логотип *Bluetooth*® (Блютус) є зареєстрованими торговими марками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc.,(Блютус СІГ, Інк.) і використовуються компанією Roche (Рош) за ліцензією.

© 2025 Roche Diabetes Care

09768408022(01)-1125

CE 0123

ACCU-CHEK Instant

Roche

ПОЧАТИ ТУТ

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ для глюкометра Акку-Чек® Інстант

Щоб знайти додаток для контролю діабету, сумісний із Вашим глюкометром, відвідайте www.accu-chek.app/bgm.



ACCU-CHEK

Короткий огляд глюкометра



1. Кнопка «Вгору» ▲ та кнопка «Вниз» ▼
2. Дисплей
3. Індикатор цільового діапазону
4. Мікропорт USB
5. Виштовхувач тест-смужки
6. Кришка відсіку для батарейки
7. Направляюча для тест-смужки

Налаштування часу та дати

1

При першому увімкненні глюкометра з'явиться підказка про встановлення часу та дати. **Set-up** (налаштування) з'явиться на дисплеї разом з миготінням години.

Натисніть ▲ або ▼, щоб збільшити чи зменшити годину.

2

Натисніть та утримуйте ▲, щоб встановити годину та перейти до наступного поля.

Повторіть кроки 1 та 2, щоб відкоригувати кожне поле. Після налаштування року, щоб зберегти Ваші налаштування, натисніть та утримуйте ▼, поки не з'явиться символ у вигляді миготливої тест-смужки.

Налаштування пристрою для проколювання

1

Ознайомтеся з пристроєм для проколювання Accu-Chek Softclix (Акку-Чек Софткліксі).

2



Зніміть ковпачок пристрою для проколювання, різко потягнувши його. Не крутіть ковпачок.

3



Вставте ланцет у пристрій для проколювання, щоб він зафіксувався з клацанням.

4

Відкрутіть захисний ковпачок ланцета.

5

Надягніть ковпачок назад на пристрій для проколювання. Переконайтеся, що позиційна мітка на ковпачку співпадає з позиційною міткою на пристрої для проколювання.

6

Відкоригуйте глибину ланцета до зручної глибини проколювання. Починайте з 2. Для грубішої шкіри встановіть більший номер.

7

Натисніть кнопку зведення до упору, як ручку. Не натискайте кнопку спуску під час натискання кнопки зведення.

8

Коли пристрій для проколювання готовий, кнопка спуску стає жовтою. Відкладіть пристрій для проколювання убік, поки не будете готові проколоти палець.

Проведення визначення рівня глюкози у крові

1

Вимийте і висушіть руки перед тим, як виконати визначення глюкози у крові.

2

Перевірте термін придатності на контейнері із тест-смужками. Не використовуйте тест-смужки після закінчення терміну придатності.

3

Вийміть тест-смужку з контейнера із тест-смужками. Щільно закрийте ковпачок.

4

Вставте металевий кінець тест-смужки в глюкометр.

Глюкометр увімкнеться. З'явиться символ у вигляді миготливої краплі.

5

Міцно натискаючи пристроєм для проколювання на бокову поверхню кінчика пальця, натисніть жовту кнопку спуску, щоб проколоти палець.

6

Торкніться **жовтим кінцем** тест-смужки до краплі крові. Не наносіть краплю крові на верхню частину тест-смужки.

7

Заберіть свій палець із тест-смужки, коли з'явиться символ у вигляді миготливого піскового годинника. Якщо не забрати палець із тест-смужки, можна отримати неточні результати визначення.

Результат визначення рівня глюкози у крові з'являється на дисплеї менше, ніж через 4 секунди.

Перед завершенням…

Зніміть ковпачок пристрою для проколювання.

Зорієнтуйте ланцет у напрямку від себе.

Відсуньте виштовхувач, щоб звільнити ланцет.